

クリーブランド開放式引火点試験器

◆仕様

メーカー・形式	田中科学機器制作 クリーブランド開放式自動引火点試験器(aco-8l)
準拠規格	JIS K2265-4、ISO 2592、ASTM D92
測定範囲	室温～400℃
引火検知	2重リング電極形 炎イオン電流検出方式

◆特徴

消防法危険物のクリーブランド開放式引火点測定や国連勧告試験のクラス3における燃焼点測定が実施可能です。

【クリーブランド開放式自動引火点試験器】

